

Checkliste für DC-STIMULATOR, DC-STIMULATOR PLUS, DC-STIMULATOR MR

	Transportkoffer für DC-STIMULATOR / PLUS
	optional: Transportkoffer für MR-Zubehör

DC-STIMULATOR / PLUS

	DC-STIMULATOR / PLUS
	Externes Ladegerät Mascott 2116

Optionales Zubehör

	Adapterbox Trigger-Eingang
	Kabel für Trigger-Ausgang
	Kabel für Modus Extern
	Erweiterung Signal-Ausgang

Verbrauchsmaterial / Dokumente

	Anschlusskabel rot-blau
	Medizinproduktebuch

Zubehör DC-STIMULATOR MR

	INNER BOX
	OUTER BOX
	ELEKTRODEN KABEL
	STIMULATOR KABEL
	BOX KABEL

**ACHTUNG!**

Bitte schicken Sie in **JEDEM** Servicefall neben Ihrem STIMULATOR das **Ladegerät** sowie die **Anschlusskabel rot-blau** mit ein!

## DC-STIMULATOR - Koffer

Der DC-STIMULATOR / PLUS wird in einem mit Schaumstoff gepolstertem Kunststoffkoffer ausgeliefert, der einen sicheren und zuverlässigen Transport ermöglicht. Bitte nutzen Sie diesen Koffer immer zum Versand Ihres Gerätes.

Das optionale MR-Set wird ebenfalls in einem Kunststoffkoffer ausgeliefert, der für den Versand im Servicefall genutzt werden sollte.


## **Ladegerät**

Zum Stimulator gehört das externe Ladegerät Mascott 2116.



## **Anschlusskabel**

Bitte immer mit beilegen!




## Zubehör

Je nach Ausstattung Ihres DC-STIMULATOR / PLUS kann das folgende Zubehör vorhanden sein und sollte je nach Absprache mitgeschickt werden.

## **Adapterbox Trigger-Eingang**



## **Erweiterung Signal-Ausgang**



Zubehör DC-STIMULATOR MR

**OUTER BOX**



**INNER BOX**



**STIMULATOR KABEL**



**ELEKTRODEN KABEL**



**BOX KABEL**

